



MINISTERUL SANATATII
COMISIA PENTRU AVIZAREA METODELOR ALTERNATIVE DE
ANALIZA A PARAMETRILOR DE CALITATE AI APEI POTABILE
FOLOSITE IN CONTROLUL OFICIAL AL APEI POTABILE

Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 21; Fax: (+40 21) 31 23 426
Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

CRITERII PE CARE METODELE ALTERNATIVE DE ANALIZĂ TREBUIE SĂ LE
ÎNDEPLINEASCĂ

Potrivit datelor științifice și tehnice relevante din domeniu și ținând cont de prevederile existente la nivel comunitar, precum și de cele ale Organizației Mondiale a Sănătății și ale altor instituții internaționale cu expertizare cunoscută în acest domeniu

1. Limita de cuantificare: calculată conform ghidurilor EURACHEM

Criteriul de acceptare: cel specificat în Legea nr. 458/2002, republicată în 2017 privind calitatea apei potabile cu modificările și completările ulterioare

2. Incertitudinea de măsurare: calculată conform ghidurilor EURACHEM

Criteriul de acceptare: cel specificat în Legea nr. 458/2002, republicată în 2017 privind calitatea apei potabile cu modificările și completările ulterioare

3. Rezultate satisfăcătoare obținute la minim 2 teste de intercomparare (PT) organizate de furnizori competenți (acreditați ISO 17043) în ultimele 24 luni.